



Tietê, 15 de maio de 2024

## MEMORIAL DESCRITIVO

**Item 01:** Detector Fetal Portátil -DF-7001 D - Sonar Digital C/ Bateria Recarregável + Carregador

**Quantidade:** 16 unidades

Sonar modelo portátil,

Faixa de medida do BCF mínimo de 40 a 230 batidas por minuto,

Utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10<sup>a</sup> a 12<sup>a</sup> semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto.

obtendo assim ótimos resultados na obstetrícia.

Saída p/ fone de ouvido, frequência mínima de 2,00 a 2,25 MHZ,

Estojo de couro sintético, alimentação com 2 baterias de 9v, ciclagem mínima de 6.000 a 60.000.

Led indicador de bateria, dimensões mínimas de 85x45x190mm

Produzido dentro das normas de qualidade e tecnologia.

Apresentar Catálogo

Item sujeito a aprovação

**Item 02:** Amnioscópio Com 3 Pontas Aparelho De Diagnóstico Portátil

**Quantidade:** 04 Unidades

Composto De Corpo Cilíndrico, Sólido E Cônico, Onde Se Localizam Os Componentes Da Fonte De Iluminação. As Pontas Do Devem Ser Em Acrílico Sólido, Possuir Uma Escala De Cores Para Verificar A Comparação Do Líquido Amniótico, São Elas: Branca, Amarela, Verde, Vermelha E Marrom. Ponta Pequena Para Amnioscópio: 170x40x09mm; Ponta Média Para Amnioscópio: 190x40x13mm; Ponta Grande Para Amnioscópio: 210x40x17mm; deve Acompanhar Os Seguintes Itens: Bateria Embutida E Recarregável; Carregador Bivolt; Lâmpada De Led E Embutida; Garantia De 1 Ano. Registro Anvisa.

**Apresentar Catálogo**

**Item sujeito a aprovação**

**Item 03:** Esfigmomanometro adulto

**Quantidade:** 30 unidades

- Braçadeira: Confeccionada em tecido nylon resistente para melhor limpeza e desinfecção com sistema de fecho em velcro;
- Manguito e tubos: Fabricados em PVC, testados pelo Controle de Qualidade CBEMED;
- Manômetro: Com escala de 0 a 300 mmHg com anel de proteção aferido pelo Controle de Qualidade CBEMED e com selo de verificação inicial individual pelo INMETRO;
- Pera Insufladora: Fabricada em PVC, com acabamento liso para melhor desinfecção e anel com acabamento cromado;



Prefeitura do Município de Tietê  
ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva

- Válvula: Precisa e exclusiva em metal cromado facilitando o uso e protegida contra vazamentos de ar;
- Embalagem: Individual, acompanha bolsa exclusiva, acondicionado em caixa de papelão;
- \*Tamanho: Adulto
- \*Medida da Braçadeira: 52 x 14 cm
- \*Abrangência Circunferência do Braço: 18 x 36 cm
- \*Tamanho Manguito: 12 x 22 cm
- \*Garantia: 5 anos contra defeitos de fabricação, exceto braçadeira 1 ano
- \*Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL: Nº 322 de 11/09/09.
- \*Registro Ministério da Saúde / ANVISA: 80540449001

**Apresentar Catálogo**

**Item sujeito a aprovação**

Os materiais deverão ser entregues em até 10 dias corridos após o recebimento da Autorização de Fornecimento. Frete CIF.

Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado da Saúde: Av. XI de Agosto, nº 75 - Centro – Tietê/SP – 18530-000. Horário entre 9h00 e 15h00. De segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Critério de julgamento: menor preço unitário.

O desembolso ocorrerá em até 30 dias após recebimento do material e nota fiscal.

**Pedro de Paludeto Pasin**  
**Secretário de Saúde e Medicina Preventiva**